

Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO
Instituto Federal Catarinense – Campus Fraiburgo,
Pregão Eletrônico n. 10/2017

Item 02 – MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS.

ARMS FIND – COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS- LTDA empresa privada, inscrita no CNPJ sob n. 06.885.428/0001-45, com sede na RUA CARAVELAS, 144, JARDIM SÃO ROBERTO, GUARULHOS-SP – CEP 07.121-080, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por seu Representante Legal INFRA-ASSINADO, inconformado com a decisão proferida, que decidiu que a máquina ofertada não atende as especificações do edital, conforme publicação no site, durante o evento, informar que com toda certeza este item já estava direcionado a empresa vencedora (Emic) e tudo que for mencionado neste recurso não será aceito, bastando verificar as respostas (vide abaixo) e a conclusão final para ter uma certeza deste direcionamento.

Vejam senhores, que para não passar em branco as perguntas para o fornecedor (Emic) o pregoeiro fez a seguinte pergunta (tola e infantil), achando que todos os participantes deste evento são crianças. Para INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhor Licitante, referente ao item 02: A calibração da máquina depende do computador ao qual está conectada?

Vejam também senhores, a grande ignorância de quem prestou a informação abaixo.

Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - 2) O atendimento à NR 12 é um requisito fundamental para qualquer máquina ou equipamentos que opere no Brasil. Condições de tensão, corrente e modo de operação, dentre outros, podem inviabilizar o atendimento à NR 12. Como, segundo a empresa " a adequação será realizada quando o equipamento estiver no Brasil, entende-se que o equipamento não atende as normas.

Como pode uma pessoa que está decidindo a compra de duas máquinas deste porte, não saber que a NR-12 é uma norma Brasileira e qualquer equipamento importado, esta norma deve ser aplicada após o recebimento no Brasil. SANTA IGNORANCIA.

O dinheiro é da Universidade e será pago por todos os contribuintes Brasileiros que jamais entenderão como pode o pregoeiro decidir aceitar um equipamento que custa mais de 50% do valor dos primeiros colocados.

Com certeza nosso Ministério Público deverá fazer uma verificação no que está acontecendo em alguns pregões, por decisões deste tipo. DIRECIONAMENTO VERGONHOSO.

Vejam abaixo a mensagem enviada para a Instron. É para rir, ou chorar?

Para INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - por isso não desclassificamos uma empresa quando ela não apresenta as informações requeridas na descrição do item, entramos em contato, conversamos com o corpo técnico e pedimos as comprovações de itens que são, inquestionavelmente, importantes para realização de ensaios sensíveis, como o controle de deformação, por exemplo.

Para INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhores Licitantes, ESCLARECIMENTO: A intenção de compra é adquirir um equipamentos que atenda a qualidade dos nossos ensaios

Finalmente gostaria de lembrar a todos, que a Empresa Instron comprou a Emic, porém as máquinas continuam a ser Emic e somente leva um logotipo da Instron. Será que a entidade está pagando todo este valor pelo logotipo? Ou talvez a máquina tenha algumas peças em ouro?

Lembrando que outras empresas participantes desistiram deste evento, por também concordar que o item está direcionado.

Com certeza nada vai mudar, porém não podemos deixar passar em branco o acontecido.

Não estamos nem pedindo deferimento, pois temos certeza que nada vai mudar.

Pregoeiro fala:

(18/09/2017 08:48:23) Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/09/2017 às 09:18:00.

Pregoeiro fala:

(18/09/2017 08:46:47) Senhores Licitantes, comunico que a proposta de preços apresentada pela empresa INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ nº42.168.526/0001-25, atende as exigências estabelecidas no Edital. Procederei à aceitação e habilitação da referida empresa no sistema.

Pregoeiro fala:

(18/09/2017 08:46:19) Para INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhor Licitante, entendido, obrigada!

Fornecedor fala:

(18/09/2017 08:43:38) Sim independe do computador...em outras palavras pode-se usar qualquer computador para trabalhar com a máquina, já que a calibração é feita na célula de carga...apenas para seguir a ISO7500 para efeito de certificado RBC é necessário calibrar o conjunto...

Pregoeiro fala:

(18/09/2017 08:42:02) Para INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhor Licitante,

solicito manifestação referente ao solicitado.

Fornecedor fala:

(18/09/2017 08:37:17) Bom dia Senhora Pregoeira

Pregoeiro fala:

(18/09/2017 08:31:25) Para INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhor Licitante, referente ao item 02: A calibração da máquina independe do computador ao qual está conectada?

Pregoeiro fala:

(18/09/2017 08:30:24) Senhores Licitantes, bom dia! Estamos reiniciando a sessão pública do pregão eletrônico.

Pregoeiro fala:

(15/09/2017 16:42:20) Senhores Licitantes, agradeço a colaboração de todos até esse momento.

Pregoeiro fala:

(15/09/2017 16:41:06) Senhores Licitantes, tendo em vista o final do expediente, suspenderemos a sessão pública. Retomaremos na segunda-feira, dia 18/09/2017, às 08h:30min. Solicito que esteja conectados na data e horário informados.

Senhores Licitantes, diante do exposto a referida empresa terá a proposta recusada e convocaremos a subsequente na ordem de classificação.

Pregoeiro fala:

(14/09/2017 09:32:09) Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - Senhor Licitante, conclui-se que a máquina ofertada não atende as exigências do edital.

Pregoeiro fala:

(14/09/2017 09:31:18) Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - 4) As placas condicionadoras são dependentes do microcomputador, o que não atende nossas especificações, uma vez que foi solicitado que a máquina seja independente do computador ao qual está conectada.

Pregoeiro fala:

(14/09/2017 09:31:08) Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - 3) Os canais de medição de deslocamento e carga devem ser inclusos na estrutura da máquina e não adaptado, uma vez que adaptação, do ponto de vista das teorias físicas, afetam o resultado final dos ensaios;

Pregoeiro fala:

(14/09/2017 09:30:59) Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - de segurança e adaptações serão feitas, mudando a configuração original do fabricante, que são pessoas jurídicas diferentes;

Pregoeiro fala:

(14/09/2017 09:30:56) Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - 2) O atendimento à NR 12 é um requisito fundamental para qualquer máquina ou equipamentos que opere no Brasil. Condições de tensão, corrente e modo de operação, dentre outros, podem inviabilizar o atendimento à NR 12. Como, segundo à empresa " a adequação será realizada quando o equipamento estiver no Brasil, entende-se que o equipamento não atende as normas

Pregoeiro fala:

(14/09/2017 09:30:26) Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - 1) A máquina deve realizar ensaios em closed looping através de malha fechada e não looping repetitivo. Portanto, o closed looping há o monitoramento constante em tempo real dos canais de medição, diferente daquele presente na máquina oferecida;

Pregoeiro fala:

(14/09/2017 09:29:45) Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - É por isso que as placas de adaptação, instaladas no computador, que vocês enviaram não irão fornecer os dados que precisamos, de acordo com os conceitos de deformação de corpos rígidos, definidos por Poisson. Precisamos de uma máquina que tenha esse sistema embutido nela, não uma adaptação que afetará a natureza dos dados.

Pregoeiro fala:

(14/09/2017 09:29:38) Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - Senhor Licitante, 1) O Transdutor Diferencial Variável Linear (LVDT) é constituído por indutores construídos em um cilindro oco por onde se desloca um cilindro sólido. Há um artigo da Unicamp que trata, inclusive através de imagens, do funcionamento deste sistema e justifica inquestionavelmente a necessidade deste transdutor.

Fornecedor fala:

(14/09/2017 09:12:05) Ok estamos a disposicao

Pregoeiro fala:

(14/09/2017 09:11:05) Para ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT - Senhor Licitante, bom dia! a unidade técnica está terminando a análise das informações complementares enviadas.

Para INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhor Licitante, informo que a referida empresa foi a subsequente melhor classificada para o certame para o item 02. Convocarei o anexo para envio da proposta juntamente ao datasheet ou prospecto do item.

Pregoeiro fala:

(15/09/2017 15:54:25) Para INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - por isso não desclassificamos uma empresa quando ela não apresenta as informações requeridas na descrição do item, entramos em contato, conversamos com o corpo técnico e pedimos as comprovações de itens que são, inquestionavelmente, importantes para realização de ensaios sensíveis, como o controle de

deformação, por exemplo.

Pregoeiro fala:

(15/09/2017 15:53:58) Para INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhores Licitantes, ESCLARECIMENTO: A intenção de compra é adquirir um equipamentos que atenda a qualidade dos nossos ensaios

Voltar **Fechar**